



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI UN MICROSCOPIO INVERTITO
CONFOCALE PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL CENTRO NAZIONALE RNA & GENE THERAPY, A VALERE
SULLE RISORSE PNRR
CUP B63C22000610006
CIG B2F7123D82**

CHIARIMENTI

Quesito 1: si chiede di confermare il periodo di garanzia full risk e assistenza richiesta vista la discordanza tra capitolato e questionario ove indicato almeno 12 mesi full risk e il Disciplinare di gara art. 3 da cui si evince un periodo quinquennale

Chiarimento 1: quanto riportato nell'art. 3, co 3 si tratta di un rifiuto. La garanzia richiesta, come riportato nell'allegato relative alle specifiche tecniche dello strumento di interesse, è di almeno 12 mesi. Un periodo superiore di garanzia non è obbligatorio ma è oggetto di giudizio nell'ambito della valutazione delle offerte tecniche

Quesito 2: Si chiede un chiarimento relativamente all'importo della manodopera indicato all' art. 3 del Disciplinare di gara

Chiarimento 2: l'importo della manodopera è stato stimato dalla Stazione Appaltante supponendo le ore/uomo di lavoro per la preparazione della commessa, il trasporto, la posa in opera ed eventuali interventi durante il periodo di garanzia. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o di indicare un contratto collettivo diverso purché in grado di garantire le medesime tutele dei lavoratori rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante

Siena, 18 settembre 2024

Moira Centini

(sottoscrizione digitale)